

Дом здравља Пожаревац
Јована Шербановића 12
12000 Пожаревац

Број 02-249
Датум 127 SEP 2019 год
Пожаревац

На основу члана 109. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), и Извештаја о стручној оцени понуда бр 02-247 од 26.09.2019. године директор Дома здравља Пожаревац доноси:

О Д Л У К У

о обустави поступка јавне набавке мале вредности бр 18/2019 а за набавку Три техничка мотора са микромотором за дечију стоматологију

ОБУСТАВЉА се поступак јавне набавке мале вредности за набавку Три техничка мотора са микромотором за дечију стоматологију, редни број 18/2019.

Образложење

Наручилац је дана 16.09.2019 године донео одлуку бр 02-215 о покретању поступка јавне набавке мале вредности 18/2019 за набавку Три техничка мотора са микромотором за дечију стоматологију

Ознака из општег речника набавке: 33126000 – Стоматолошки уређаји,

Процењена вредност јавне набавке је: **1.250.000,00** динара без ПДВ-а.

Податак о позицији у финансијском плану:

Набавка је предвиђена у Плану набавки ДЗ Пожаревац за 2019 годину, на позицији 1.1.19. конто 512511 Средства су обезбеђена од стране Града Пожареваца.

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана 18.09.2019.године, на адресу Наручиоца благовремено односно до 26.09.2019. до 10 часова, доспеле су понуде следећих понуђача:

1. „Ortodent“ Ниш, Булевар Цара Константина бб 18000 Ниш. Број заведне понуде: 73 од 20.09.2019. заведена код наручиоца под бројем: 02-239 од 25.09.2019. Понуђена цена без пдв-а: **637.200,00** односно: **764.640,00** динара са пдв-ом.

2. „Neo Yu Dent“ Д.О.О, Нови Сад Владике Ђирића бр 27. Број заведне понуде: 2409/19 од 24.09.2019. заведена код наручиоца под бројем: 02-249 од 25.09.2019. Понуђена цена без пдв-а: **888.000,00** односно: **1.065.600,00** динара са пдв-ом.

Јавно отварање понуда је спроведено дана 26.09.2019.године у 10,30 часова у складу са Законом јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/2015).

Стручна оцена понуда обавља се пред Комисијом за јавне набавке мале вредности дана 26.09.2019.године у складу са критеријумима из конкурсне документације.

Критеријум за избор најповољније понуде је **најниже понуђена цена**.

На основу извршеног прегледа благовремених понуда и поднетих доказа о испуњености услова предвиђених чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12 14/15 и 68/2015), и применом критеријума најниже понуђена цена, Комисија констатује следеће:

Понуда понуђача:Ortodent, Булевар Цара Константина бб 18000 Ниш. Број заведне понуде: 73 од 20.09.2019. заведена код наручиоца под бројем: 02-239 од 25.09.2019. Понуђач је уместо решења АЛИМС доставио мишљење АЛИМС бр.515-00-00514-2019-7-001 од 08.07.2019. године којим доказује да понуђено добро не поделже упису. Понуда је неприхватљива у смислу члана 3. став 1. тачка 33. Закона о јавним

набавкама, из разлога што добро које понуђено не испуњава захтев дефинисан техничком спецификацијом тј у позицији 4 техничке спецификације дефинисано је да предметно добро у овом случају технички мотор са микромотором мора да има обртни момент више од 8 Ncm. У достављеном проспекту са техничким подацима за уређај који је понудио наведени понуђач као доказ испуњености захтева из техничке спецификације стоји да је Обртни момент 8 Ncm. Како је захтев утврђен техничком спецификацијом био да Обртни момент буде више од 8 Ncm, понуђено добро не испуњава услов из техничке спецификације те је сходно члану 3. став 1. тачка 32 Закона о јавним набавкама, наведена понуда неодговарјућа јер не испуњава све техничке спецификације, а смим тим је и на основу члана 3. став 1. тачка 33 неприхватљива.

„Neo Yu Dent“ Д.О.О, Нови Сад Владике Тирића бр 27. Број заведне понуде: 2409/19 од 24.09.2019. заведена код наручиоца под бројем: 02-249 од 25.09.2019 садржи битан недостатак из члана став 1 тачка 2: наиме понуђач није доставио доказ о испуњености додатног услова тј важеће решење о упису понуђеног добра у регистар АЛИМС-а, већ је доставио изјаву да је податак јавно доступан са наведеним сајтом АЛИМС. Провером на наведеном сајту утврђено је да решења о упису нису јавно доступна и да се не могу преузети са сајта, а такође провером података о уписаним средствима на том истом сајту нису пронађена добра која су понуђена у наведеној понуди те је сходно члану 3. став 1. тачка 33. Закона о јавним набавкама наведена понуда неприхватљива.

По одредбама члана 107. став 3. Закона о јавним набавкама, након спроведене стручне оцене понуда, на основу извештаја комисије, наручилац доноси одлуку о додели уговора, ако је прибавио најмање једну прихватљиву понуду. Како није испуњен услов из члана 107. став 3, а сходно члану 107. став 1. и члану 109 став 1. Закона о јавним набавкама Комисија за јавну набавку мале вредности за набавку добара 18/2019 – Три техничка мотора са микромотором за дечију стоматологију предложила одговорном лицу наручиоца да одбије обе приспеле понуде као неприхватљиве и донесе одлуку о обустави поступка

Као одговорно лице Наручиоца директор Дома здравља Пожаревац је прихватио предлог Комисије и донео одлуку о обустави поступка јавне набавке мале вредности 18/2019 за набавку Три техничка мотора са микромотором за дечију стоматологију.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана објављивања Одлуке на Порталу јавних набавки и Интернет страници наручиоца. Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.



НАРУЧИЛАЦ

Дом Здравља Пожаревац

Директор

Др Снежана Стојковић спец педијатар